



## Work-place air — Determination of mass concentration of carbon monoxide — Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication

### TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Air des lieux de travail — Détermination de la concentration en masse du monoxyde de carbone — Méthode utilisant des tubes détecteurs pour échantillonnage rapide à lecture directe*

*RECTIFICATIF TECHNIQUE 1*

Technical Corrigendum 1 to ISO 8760:1990 was prepared by Technical Committee ISO/TC 146, *Air quality*, Subcommittee SC 2, *Workplace atmospheres*.

*Page 3, 9.1, Note, equation, line 2*

Delete " $\rho(\text{CO})$ ", insert " $\varphi(\text{CO})$ ", to give

$$= \frac{3,37 \times p}{\theta + 273,2} \times \varphi(\text{CO})$$

*Page 3, 9.2, Paragraph 1*

Insert a new third sentence, after "... 60 mg/m<sup>3</sup>",

"The reading error must be lower than 4 ppm (4 ml per 10<sup>6</sup> ml), otherwise the maximum random error will be bigger than 25 % (expressed as two times the coefficient of variation)."